



ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

13335 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
Нам Ян Жугийн гудамж 32/1, Утас: 45 39 94,
Факс: (976-11) 45 86 99, E-mail: info@nccd.gov.mn,
<http://www.nccd.gov.mn>

2022.09.19 № 8/1552

таний _____ -ны № _____ -т

Г

ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГУУДАД

Тус төвөөс зохион байгуулах гэж буй “ХДХВ, тэмбүүгийн тархалтын тандалт судалгаа”-д шаардлагатай лабораторын болон эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах шаардлагатай байгаа тул “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3-д заасны дагуу үнийн саналыг 2022 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн дотор tender@nccd.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Хавсралт 3 хуудас



ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ

Ц.БИЛЭГТСАЙХАН

ХӨСҮТ-ийн 2022 оны 2 тоот
албан бичтийн хавсралт

УКЕ0053

“ХДХВ, тэмбүүгийн тархалтын тандалт судалгаа”-д шаардлагатай
лабораторын болон эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалт

№	Оношлуур	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт
1	Автомат пипетка 2-20 МКЛ	ширхэг	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нэг каналтай, хэмжээ тохируулдаг (adjustable volume), air-displacement pipettes, усан уусмал болон дунд зэргийн өтгөн зуурамтгай, нягтралтай соруулах зориуллаттай (иммунологи, молекул биологи) ▪ Finpette, Sartorius, Witeg брендийнхтэй чанарын хувьд дүйцэхүйц байх ▪ Олон улсын ISO стандартыг хангасан батламжтай (onformity certified and non-fatiguing) ▪ Пипеткийн өөрийн давтагдашхгүй дугаартай (identification number for traceability) ▪ Тохируулсан хэмжээг дижитал дэлгэцээр харах боломжтой (volumeter) ▪ Полипрофилен, хошуу тогтоох, унагаах хэсэг нь автоклавдах боломжтой (121°C) ▪ Зөв байдал (accuracy) ISO – ≤0.1 µl ±0.1, ±5µL ▪ Хэмжээ – 2 - 20 µl
2	Автомат пипетка 20-200 МКЛ	ширхэг	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нэг каналтай, хэмжээ тохируулдаг (adjustable volume), air-displacement pipettes, усан уусмал болон дунд зэргийн өтгөн зуурамтгай, нягтралтай соруулах зориуллаттай (иммунологи, молекул биологи) ▪ Finpette, Sartorius, Witeg брендийнхтэй чанарын хувьд дүйцэхүйц байх ▪ Олон улсын ISO стандартыг хангасан батламжтай (onformity certified and non-fatiguing) ▪ Пипеткийн өөрийн давтагдашхгүй дугаартай (identification number for traceability) ▪ Тохируулсан хэмжээг дижитал дэлгэцээр харах боломжтой

				<p>(volumeter)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Полипрофилен, хошуу тогтоох, унагаах хэсэг нь автоклавдах боломжтой (121°C) ▪ Зөв байдал (accuracy) ISO – ±0.5, ±1µL ▪ Хэмжээ – 20-200 µl
3	Автомат пипетка 200- 1000 мкл	ширхэг	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нэг каналтай, хэмжээ тохируулдаг (adjustable volume), air-displacement pipettes, усан уусмал болон дунд зэргийн өтгөн зууратгай, нягтралтай соруулах зориуллажттай (иммунологи, молекул биологи) ▪ Finpette, Sartorius, Witeg брендийнхтэй чанарын хувьд дүйцэхүйц байх ▪ Олон улсын ISO стандартыг хангасан батламжтай (conformity certified and non-fatiguing) ▪ Пипеткийн өөрийн давтагдашгүй дугаартай (identification number for traceability) ▪ Тохируулсан хэмжээг дижитал дэлгэцээр харах боломжтой (volumeter) ▪ Полипрофилен, хошуу тогтоох, унагаах хэсэг нь автоклавдах боломжтой (121°C) ▪ Зөв байдал (accuracy) ISO – ±3, ±1.5µL ▪ Хэмжээ – 200-1000 µl
4	Бээлий	хайрцаг	60	LATEX POWDER FREE GLOVE Талькгүй, Латекс, Эмнэлэг, лабораторийн стандарт шаардлагыг хангасан нэг удаагийн бээлий байх Хэмжээ- S
5	Бээлий /1*50/	хайрцаг	60	LATEX POWDER FREE GLOVE Талькгүй, Латекс, Эмнэлэг, лабораторийн стандарт шаардлагыг хангасан нэг удаагийн бээлий байх Хэмжээ- S, M
6	Нэг удаагийн халад	ширхэг	200	Зузаан материалтай, манжаттай
7	Аюулгүйн тэмдэгтэй хогийн шар том уут	ширхэг	50	Био-аюулгүй тэмдэгтэй, 200л

8	Аюулгүйн тэмдэгтэй хогийн шар дунд уут	ширхэг	200	Био-аюулгүй тэмдэгтэй, Аюултай хог хаягдлын тэмдэгтэй хуванцар Хөл пидалтай хогийн саванд таарах (10 л)
9	Аюулгүйн тэмдэгтэй хогийн шар жижиг уут	ширхэг	50	Био-аюулгүй тэмдэгтэй, 2л
10	Маск	ширхэг	900	
11	Малгай	ширхэг	300	
12	Судас дарагч	Ширхэг	10	
13	Спирттэй хөвөн	Хайрцаг/уут	50	Alcohol pad, нэг бүрчлэн савласан, 1500 ширхэг
14	Наалт /1x100/	хайрцаг	20	Injection pad, 30mm, sterile
15	Цавуутай стикер цаас /1*100/	уут	2	Цавуутай шошгын цаас, Ар талдаа цавуутай, Урд талдаа принтерээр хэвлэх зориулалттай Labels for use with copier, laser and ink jet printers, 1. 47.8x31.3 mm 2. 64.3 x 47 mm
16	Шилний харандаа, урсдаггүй	ширхэг	25	Permanent marker, black Хар өнгөтэй шилний харандаа
17	Аюулгүйн хайрцаг /1x10/	хайрцаг	20	Ширээн тавьдаг, хурц үзүүртэй хог хаягдал хаях пластик хайрцаг, иБио-аюулгүй тэмдэгтэй, Лабораторийн зориулалтын пластик материалтай, 2 л багтаамжтай
15	Аюултай хог хаягдлын тэмдэгтэй хуванцар хогийн сав (Хөл пидалтай)	ширхэг	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Био-аюулгүй тэмдэгтэй ▪ Лабораторийн зориулалтын материалтай ▪ 10 л багтаамжтай Хөлөө ашиглан ойлгодог тагтай
16	Судас хатгах зөөлөвч	ширхэг	5	